

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Gebrauchsanweisung zu deinem wasserbasierendem Gleitmittel

WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor dem Benutzen des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Belasse das Etikett auf der Flasche unbeschädigt, da es die wichtigsten Informationen zum sicheren Gebrauch enthält.

Gleitmittel oder auch Gleitgele genannt, sind Medizinprodukte für die Anwendung im Intimbereich zur zusätzlichen Befeuchtung, um mechanische Verletzungen zu verhindern, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird. Diese Gleitmittel erfüllen die strengen Anforderungen der europäischen Verordnung für Medizinprodukte MDR 2017/745 und des deutschen MPDG (Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz). Ihre Qualität wird durch ausgewählte Rohstoffe, kontrollierte Fertigungsprozesse und umfangreiche Prüfungen garantiert. Diese Gleitmittel sind auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit getestet und die Kondomverträglichkeit ist nachgewiesen.

Anwendung

Über den Verschluss oder einer kleinen Öffnung im Sachtet wird ein gezieltes Dosieren ermöglicht. Einfach das Gleitmittel auf das Körperteil oder das Kondom tropfen lassen und dann mit den Fingern verteilen. Empfehlenswert ist, sich vorher aus hygienischen Gründen die Hände zu waschen.

Wird das Gleitmittel zusammen mit einem Kondom verwendet, dann das Gleitmittel auf das bereits am erigierten Penis abgerollte Kondom aufgetragen. Ob auf die Kondomspitze, oder über die gesamte Kondomoberfläche, kann individuell entschieden werden. Bitte beim Verteilen vorsichtig vorgehen, damit das Kondom nicht durch z.B. spitze Fingernägel beschädigt wird! Bitte unbedingt auch die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Kondoms beachten!

Welche Menge Gleitmittel angewendet werden soll, ist vom Anwendungszweck und dem individuellen Empfinden abhängig. Einfach nachdosieren, wenn zu wenig Gleitmittel aufgetragen wurde. Zu viel Gleitmittel ist unangenehm und kann weggewischt werden. Diese Gleitmittel bestehen aus hochwertigen Bestandteilen, Wasser und je nach Rezeptur verschiedenen Hautpflegemitteln und Aromen. Sie verursachen kein klebriges Gefühl, sind rückstandsfrei mit Wasser abwaschbar, können aber eintrocknen.

Bitte lagere das Gleitmittel kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt. Ist dein Gleitmittel aufgebraucht oder über die empfohlene Verwendungszeit, dann entsorge die entleerte Tube, die Kartonverpackung und die Gebrauchsanweisung in die dafür vorgesehenen Recycling-Behälter.

Gleitmittel sind keine empfängnisverhütenden Mittel, und enthalten keine spermiziden Wirkstoffe und bieten auch keinen Infektionsschutz. Gynäkologen empfehlen, Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen oder zur Sicherheit gleich ganz wegzulassen, da sie die Empfängnis erschweren könnten. Bei der Suche nach unverträglichen, z.B. allergieauslösenden Stoffen, kann man sich vor der Anwendung auf dem Etikett des Produktes unter "Ingredients (INCI):" informieren. Treten Unverträglichkeiten auf, bitte das Produkt wie oben beschrieben entfernen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

Gleitmittel können problemlos mit Kondomen oder Vaginalkugeln angewendet werden. Wechselwirkungen mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder anderen Stoffen sind nicht bekannt. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle melden Sie bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist. Auch Ihr Arzt, Ihr Apotheker oder eine Sexualberatungsstelle können Ihnen sicherlich weiterhelfen.

Bei Produktmängel vor der Anwendung wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird: Deutschland: info@eis.de | Österreich info@eis.at

Spezifikationen 304104DR Waterglide Anal

Inhalt: 100 ml Medizinprodukt: Klasse IIa CE-Kennzeichnung: **CE0197** Sprachen auf dem Etikett: DE/ UK

Ingredients (INCI) Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Allantoin, Benzoic Acid

Hersteller: AMOR Gummiwaren GmbH, August-Rost-Str.4 99310 Arnstadt | GERMANY

Vertrieb: Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3 33609 Bielefeld | GERMANY

 Gebrauchsanweisung beachten	 Hersteller	 verwendbar bis	 von Sonnenlicht fernhalten	MD Medizinprodukt
 bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	 trocken aufbewahren	REF Artikelnummer	LOT Charge	